



Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoswiatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.



INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO *im. STANISŁAWA SAKOWICZA*

The STANISŁAW SAKOWICZ
INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND

Olsztyn, dn. 15-12-2011 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-42/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę zamrażarki laboratoryjnej szafowej o pojemności 550 dm³ (± 5%), w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoswiatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 Z DNIA 15-12-2011 R.

Jeden z uczestników postępowania zadał Zamawiającemu następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 484 litrów?
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 605 litrów?
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości 107 cm? Jeśli wymiary podane w specyfikacji są spowodowane ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia przez drzwi o standardowych wymiarach.
4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości 105 cm? Jeśli wymiary podane w specyfikacji są spowodowane ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia przez drzwi o standardowych wymiarach.
5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości 197,9 cm?
6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez wyświetlacza temperatur granicznych?
7. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w komorę podzieloną na 4 izolowane sekcje z możliwością regulacji wysokości półek oraz umieszczenia półek dodatkowych?



8. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą i półkami wykonanymi z tworzywa?

9. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w statywy z wysuwanymi szufladkami z aluminium zajmujące 25% pojemności zamrażarki pozwalające na umieszczenie 80 pudełek na próbówki 2 ml?

10. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w statywy z wysuwanymi szufladkami z aluminium zajmujące 20 % pojemności zamrażarki pozwalające na umieszczenie 80 pudełek na próbówki 2 ml?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Nie, nie dopuści.

Ad. 2. Nie, nie dopuści.

Ad. 3. Nie, nie dopuści.

Ad. 4. Nie, nie dopuści.

Ad. 5. Nie, nie dopuści.

Ad. 6. Nie, nie dopuści.

Ad. 7. Nie, nie dopuści.

Ad. 8. Nie, nie dopuści.

Ad. 9. Tak, dopuści.

Ad. 10. Tak, dopuści.

DYREKTOR INSTYTUTU

.....prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
(podpis kierownika Zamawiającego)