



Projekt pt.: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recykulacyjnych”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)



INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. STANISŁAWA SAKOWICZA

The STANISŁAW SAKOWICZ
INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND

Nr sprawy: **DYR.Zam.Publ.-15/12**

Olsztyn, dn. 18-07-2012 r.

Do
wszystkich uczestników
postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zapytanie Nr 1 do Części nr 13 i 14 z dnia 18-07-2012 r.

Dotyczy: Dostawy aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recykulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Szanowni Państwo !

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 26.05. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zapytanie nr 1 do Części nr 13 od Wykonawcy:

Pytanie 1 – część nr 13 punkt 1c.

Prosimy o wyjaśnienie czy wartość nieprecyzyjności dla pojemności 100 ul jest prawidłowa.

Pytanie 2 – część nr 13 punkt 1l.

Czy Zamawiający dopuści pipety o ergonomicznej budowie ale bez certyfikatu TUV?

Pytanie 3 – część nr 13 punkt 1c.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający do pipety o pojemności maks. 100ul wymaga dostarczenia końcówek o pojemności 300ul, czy zaszła pomyłka?

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do Części nr 13 od Zamawiającego:

Ad. Pytanie 1. Tak, wartość nieprecyzyjności dla pojemności 100ul jest prawidłowa.

Ad. Pytanie 2. Nie, Zamawiający nie dopuści pipety o ergonomicznej budowie bez certyfikatu TUV.

Ad. Pytanie 3. Tak, Zamawiający do pipety o pojemności maks. 100ul wymaga dostarczenia końcówek o pojemności 300ul, nie zaszła pomyłka, takie są wymagania.

Zapytanie nr 1 do Części nr 14 od Wykonawcy:

Pytanie 4 – część nr 14 punkt 2c.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający formułując zapis w SIWZ miał na myśli, aby wraz z dwoma pipetami dostarczyć jeden zawierający 2 statywy, 2 akumulatory i 2 ładowarki?

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do Części nr 14 od Zamawiającego:

Ad. Pytanie 4. Tak, Zamawiający formułując zapis w SIWZ miał na myśli, aby wraz z dwoma pipetami dostarczyć jeden zawierający 2 statywy, 2 akumulatory i 2 ładowarki.

Z poważaniem:

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski