



Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnonarodowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.



INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO *im. STANISŁAWA SAKOWICZA*

The STANISŁAW SAKOWICZ
INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND

Nr sprawy: **DYR.Zam.Publ.-30/12**

Olsztyn, dn. 06-12-2012 r.

**Do
wszystkich uczestników
postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zapytanie Nr 1 i Nr 2 z dnia 05-12-2012 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnonarodowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

Szanowni Państwo !

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 26.05. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zapytanie nr 1 od Wykonawcy:

Część nr 1 – suszarka:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokością komory wewnętrznej 600 mm?
Większa wysokość komory pozwoli na większą wygodę Użytkownika w trakcie wkładania do środka suszonego materiału. Dodatkowo większa wysokość wewnętrzna w razie wystąpienia konieczności suszenia większej ilości materiału pozwoli na zwiększenie ilości półek w urządzeniu.
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półkami wykonanymi z drutu ze stali nierdzewnej?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 14 stycznia 2013?

Odpowiedź na zapytanie nr 1 od Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza urządzenie z wysokością komory wewnętrznej 600 mm.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza urządzenie z półkami wykonanymi z drutu ze stali nierdzewnej.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 14 stycznia 2013 r.

Zapytanie nr 2 od Wykonawcy:

1. Dotyczy części nr 1:

- Czy Zamawiający dopuszcza suszarkę o wymiarach komory 600x480x400 mm, z nastawą temperatury do 220 st. C, o mocy 1000 W i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie nr 2 od Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanej powyżej suszarki jedynie z uwagi na zbyt małą moc, co będzie powodowało wydłużenie czasu nagrzewania się do temperatury 200 °C.

Z poważaniem:

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski