



Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnonarodowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.



## INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO *im. STANISŁAWA SAKOWICZA*

*The STANISŁAW SAKOWICZ*  
**INLAND FISHERIES INSTITUTE**  
POLAND

Nr sprawy: **DYR.Zam.Publ.-30/12**

Olsztyn, dn. 07-12-2012 r.

**Do  
wszystkich uczestników  
postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** **Zapytanie Nr 3 z dnia 06-12-2012 r.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnonarodowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.

**Szanowni Państwo !**

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 26.05. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

#### **Zapytanie nr 3 od Wykonawcy:**

**Dot. Części 3 – destylator ręczny**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wydajności destylatu 4 l/h?

**Dot. Części 4 – zestaw analityczny**

2. Czy Zamawiający wymaga aby miernik był dostarczony wraz z czujnikami?

Jeśli tak, prosimy o podanie jakie czujniki są wymagane.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 3 od Zamawiającego:**

**Dot. Części 3 – destylator elektryczny**

**Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza** urządzenia o wydajności destylatu 4 l/h.

**Dot. Części 4 – zestaw analityczny**

**Ad. 2. Zamawiający wymaga,** aby miernik był dostarczony wraz z czujnikami: pH, potencjału redox, przewodności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

Z poważaniem: **DYREKTOR INSTYTUTU**

*prof. dr hab. Bogusław Zdanowski*