



Operacja PT. "Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.) w celu odbudowy jego populacji", Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 22.10.2012 r. Nr 00003-61721-OR-14-0000-2/12.

Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

Dostawa przepływomierza profilującego do koryt naturalnych typu ADCP wraz z wyposażeniem – 1 szt. realizowana w ramach Operacji PT. "Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego *Anguilla anguilla* (L.) w celu odbudowy jego populacji", Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 22.10.2012 r. Nr 00003-61721-OR-14-0000-2/12.

Przedmiot zamówienia:

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP z wyposażeniem – 1 szt.

Wymagania:

1. minimum 5-wiązkowa sonda pomiarowa (minimum 4 wiązki do pomiaru prędkości i minimum 1 do pomiaru głębokości).
2. Wbudowany czujnik temperatury, kompas i czujnik przechyłu.
3. Pomiar prędkości co najmniej od -20 do +20 m/s
4. Pomiar głębokości co najmniej od 0,2 do 15 m.
5. Pomiar trzech wektorów prędkości.
6. Automatyczna kompensacja rozmiaru komórek pomiarowych.
7. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych
8. Wyposażenie w moduł Bluetooth o zasięgu co najmniej 100m.
9. Pływak zapewniający stabilność sondy.

Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas przepływomierz jest fabrycznie nowy i posiada parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyżej.

.....
/miejsowość i data/

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)